

ご利用の装置と登録必須ファイル

Device in use and required registration files

装置名 Device registration name	蛍光分光 Fluorescence spectroscopy
装置ID Local ID	MS-227
大分類 Major category	状態分析 State Analysis
メーカー名 Manufacturer name	堀場製作所 Horiba
型番 Model number	SPEX Fluorolog 3-21



登録必須ファイル Required registration files

運用版 (Deployed Version)

下記の2点を同時投入 (ファイル名を統一すること)
Simultaneously Submit the Following Two Files
(File Names Should be Unified)
.datファイル (スペクトル)
.dat file (Spectrum)
.txtファイル (測定条件)
.txt file (Measurement Conditions)

異常終了と表示されたら

If "Abnormal termination" is displayed



登録必須ファイルであるか確認してください。

Please confirm whether it is a required registration file

それでも解消されない場合は、DICEお問い合わせフォームより問い合わせください。

If the issue persists, please contact us through the DICE Inquiry Form

機器利用の際のお約束について

Terms of use for equipment

1 成果を論文やプレスリリースで発表する場合は謝辞をご記載ください。

When you publish results in a paper or press release, please include acknowledgments

2 課題利用が終わったら利用報告書をご提出ください。

Please submit a user report after completing your project

詳細は以下からご確認ください

For more details, please check below

謝辞について

About acknowledgments

<https://nanonet.go.jp/page/page000731.html>

利用報告書について

About user report

<https://nanonet.go.jp/page/page000846.html>

